

Jeringa de Calibracion y Verificacion de 3L en Acero Inoxidable 304

Descripción

Las jeringas de calibración fabricadas por P&Z Consultores, están diseñadas para pruebas bidireccionales y calibración de dispositivos de medición de flujo y específicamente dispositivos de espirometría, con volumen de calibración estándar, dispone de un método fácil y fiable de calibración, comprobando l a exactitud de equipos de medición de volumen respiratorio bajo condiciones normales, cumpliendo satisfactoriamente con el programa de control de calidad.

Normativas

La jeringa de calibración de 3L ha sido recomendada como estándar por la ATS / ERS 2005 y en el "Standardisation of Lung Function Testing. Standardisation of Spirometry" como el volumen para verificar los espirómetros. Las normativas que les son de aplicación, aconsejan verificar y/o calibrar periódicamente los espirómetros. No debemos olvidar, que son equipos de medida y diagnosticaremos en función de los datos que nos aporte, y por tanto, debemos saber si miden correctamente. Aunque algunos equipos vengan precalibrados de fábrica o no necesiten calibración, es muy recomendable disponer de un patron conocido para saber si el equipo mide correctamente.

Especificaciones

Especificaciones técnicas	
Cilindro	fabricado en acero inoxidable 304 de alta calidad y con recubrimiento transparente para una máxima consistencia y durabilidad
Embolo	fabricado en acero inoxidable 304 de alta calidad
Mango del émbolo	fabricado en acero inoxidable 304 de alta calidad
Placas laterales	fabricado en acero inoxidable 304 de alta calidad
Exactitud	±0.5%
Volumen total	3L
Graduación mínima	3000 ml
Diámetro de Boquilla de la jeringa	adaptador universal
Garantía	mínimo 10 años
Fabricada según	ISO 26782:2009