

1 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de 1 litro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CPP1-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Polipropileno Clarificado (translúcido)
CONDICIÓN	Aséptico
PRESENTACIÓN	Caja x 100 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022 DIGEMID-DDMP- EDM/MINSA
NORMATIVA	NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO	Instructivo de fácil armado Instructivo de uso, manipulación y precaución Símbolo Internacional de peligrosidad Límite de llenado ¾ partes Campo de datos
MATERIAL TAPA	Polipropileno clarificado de alta densidad resistente a perforaciones y pérdidas de contenido.
SISTEMA DE TAPA	Cierre temporal y cierre definitivo.
PRUEBA DE PERFORACIÓN	Método ASTM F21-32-01(2008) método directo. Equipo: Micro-CX Universal tester, CRE
DATOS IMPORTANTES	Recipiente resistente a la prueba de perforación con material punzocortante. Resistencia media en toda su superficie $\geq 15N$ y resistencia mínima $\geq 12.5N$ Resultado: Resistencia media $\geq 29.5N$ Resistencia mínima $\geq 26.6N$

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	16 cm	Control de Calidad
Ancho	10.4 cm	
Base	7.4 cm	
Espesor	2 mm	



Sistema de Tapa



Sistema de Tapa Abierta

