Certificado de análisis –Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Tubos para extracción de sangre	**Marca**	UNSCIENCE
Modelo	Citrato de sodio 9NC	**Especificación**	3.6ml
Paquete Cantidad de muestra	100 unidades/bandeja, 1200 unidades/caja	**REF**	C109040
Cantidad de lote	100 unidades	**LOTE**	26031706
Número de informe	48000 unidades	**FABRICACIÓN**	
Tamaño del tubo	ZJ-BCT-26011610	**EXP**	20280316
	Φ13 mm x 75 mm	**Color**	Celeste
Descripción	Tubo de PET, esterilizado al vacío		
Base de la prueba	Requisitos técnicos del producto / ISO 6710:2017		

Elementos de inspección	Parámetros de prueba	Resultados
Apariencia	El envase deberá estar libre de cuerpos extraños al ser sometido a inspección visual. El envase no deberá tener bordes afilados, salientes ni superficies rugosas que puedan cortar, perforar o lastimar accidentalmente la piel del usuario.	**Calificados**
Volumen de aspiración	El volumen de agua debe estar dentro de un margen de ±10% del volumen de extracción.	**110 %**
Fugas	El cierre no deberá aflojarse durante la mezcla y no deberá detectarse fluorescencia en el agua en la que se haya sumergido el recipiente.	**Calificados**
Robustez	El recipiente que contiene la muestra no debe romperse, agrietarse ni tener fugas cuando se centrifuga a una RCF de 3000 g (g = 9,80665 m/s²).	**Calificados**
Aditivos	La cantidad nominal de aditivo indicada deberá estar dentro del rango especificado en el Anexo E de la norma ISO 6710:2017.	**Citrato de Sodio** 114 mmol/L