



CELEREST



**Droga 1 Panel Cocaina (COC150) x 40
Test Rapid Test Cassette en Orina**

Características Técnicas

Nombre de la Prueba	Test rápido cromatográfico para la detección cualitativa de Cocaína
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína
Parámetros de medicion	Cocaína y sus derivados
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA